

Протипокази проходження лікування на Tesla Former

Категорія / Ситуація	Абсолютний / Відносний протипоказ	Коли можна застосовувати / Рекомендації	Пояснення (чому саме так)
Кардіостимулятор, нейростимулятор, інсулінова помпа, слуховий апарат	⊘ Абсолютний	✗ Не дозволено	Електромагнітне поле може порушити роботу електронного пристрою.
Металеві імпланти у зоні малого таза (пластини, гвинти, сітки)	⊘ Абсолютний	✗ Не дозволено	Магнітне поле може індукувати електричний струм у металі, викликаючи нагрівання чи біль.
Ендопротези суглобів (тазостегновий, колінний)	⚠ Відносний	✓ Можна після консультації з лікарем	Якщо імплант не в зоні впливу поля — процедура безпечна.
Зубні імпланти (бланти)	✓ Не є протипоказом	✓ Можна без обмежень	Вони віддалені від зони впливу магнітного поля (таз).
Вагітність	⊘ Абсолютний	✗ Не дозволено	Безпека для плоду не доведена; можливі скорочення матки.
Період лактації	⚠ Відносний	☐ Через 6–8 тижнів після завершення грудного вигодовування	Під час лактації змінений гормональний фон; немає досліджень щодо безпеки HIFEM.
Міома матки (лейоміома)	⚠ Відносний	✓ Лише після УЗД та дозволу гінеколога	Посилений кровотік може стимулювати ріст вузлів або спричинити біль.
Запальні процеси малого таза, інфекції, кровотечі	⊘ Абсолютний	✗ Не можна	Стимуляція збільшує кровообіг, що може поширити інфекцію.
Онкологічні захворювання	⊘ Абсолютний	✗ Не дозволено	Підвищення локального кровообігу може стимулювати проліферацію клітин.
Епілепсія, судомні стани	⊘ Абсолютний	✗ Не можна	Магнітне поле може спровокувати судомну активність.
Психічні розлади, неконтрольовані хвороби	⚠ Відносний	⚠ Лише під наглядом лікаря	Пацієнт може неадекватно реагувати або неправильно повідомляти про відчуття.
Після природних пологів без ускладнень	✓ Дозволено	Через 6–8 тижнів	Після завершення інволюції матки та відновлення слизової.
Після епізіотомії або розривів (ушивання)	⚠ Відносний	Через 8–12 тижнів після повного загоєння	Щоб уникнути подразнення або болю в зоні рубця.
Після кесаревого розтину	⚠ Відносний	Через 12–16 тижнів	До повного формування післяопераційного рубця.
Внутрішньоматкова спіраль (ВМС)	⚠ Відносний	✓ Можна , але з уточненням типу спіралі	
– Мідна ВМС (металева)	⚠ Обережно	✓ Можна, якщо спіраль стоїть у порожнині матки правильно і немає болю	Магнітне поле діє локально на м'язи тазового дна, але не проникає до маткової порожнини. Ризик мінімальний.
– Гормональна ВМС (Mirena)	✓ Безпечна	✓ Можна без обмежень	Mirena не містить металу, не взаємодіє з магнітним полем, не змінює ефективність HIFEM.
Менструація (активна фаза)	⚠ Відносний	✓ Після завершення менструації, орієнтовно через 2–3 дні після останнього дня циклу	Під час менструації збільшується кровопостачання органів малого таза; стимуляція може посилити кровотечу та викликати дискомфорт